



**Ofício nº 261/2018-DTL/SAJI/P**

Valinhos, em 20 de março de 2018.

**Ref.: Requerimento nº 107/18-CMV**  
**Vereador Rodrigo Fagnani Popó**  
**Processo administrativo nº 2.430/2018-PMV**

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do vereador **Rodrigo Fagnani Popó**, e consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Há quanto tempo e qual o motivo do elevador de acesso ao subsolo do CEV “estar em manutenção”? Justificar.
2. Como se dá a acessibilidade dos usuários do programa melhor em casa no CEV, em razão da manutenção do elevador? Justificar.
3. Qual a estatística do número de atendimentos (usuários) que passam pelo CEV e UPA durante o horário de funcionamento? Justificar e relacionar o período de 2015 até a presente data.
4. Já ocorreu a contratação da empresa que irá instalar o aparelho de RX do CEV? Justificar.
5. Foram realizadas as obras e adequações necessárias para a instalação do aparelho de RX no CEV? Justificar.
6. Como está se ocorrendo o exame de RX na rede de saúde? Justificar.
7. O RX existente na UPA está em funcionamento pleno? Justificar.
8. Quantos exames de RX são realizados por mês na rede de saúde? Relacionar mês a mês desde Janeiro de 2015 até a presente data.
9. Ocorre a transmissão de RX por meio de sistema informatizado entre o CEV e o UPA? Houve interrupção de comunicação? Justificar.



# PREFEITURA DE VALINHOS

10. Como se dá a impressão dos RX na rede de saúde? O equipamento é próprio ou alugado? Quem é responsável pela manutenção? Justificar.

11. A sala de impressão possui ar condicionado para refrigerar o referido equipamento? Justificar.

**Resposta:** Encaminho, na forma do anexo, as informações prestadas pela Secretaria da Saúde, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelo nobre Edil.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteados respeito.

**ORESTES PREVITALE JÚNIOR**

**Prefeito Municipal**

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS</b>	
<b>Nº PROTOCOLO 00486/2018</b>	Data/Hora Protocolo: 20/03/2018 08:17
	Resposta n.º 2 ao Requerimento n.º 107/2018
	Autoria: ORESTES PREVITALE
	Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 107/2018 Informações sobre elevador e raios-x do CEV.

**Anexo: 02 folhas**

À

Sua Excelência, o senhor

**ISRAEL SCUPENARO**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(GJ/gj)



**C.I. nº 114/2018 – SS**

Valinhos, 05 de março de 2018.

**Para: Departamento Técnico Legislativo**

**Da: Secretaria da Saúde**

**Ref.: Requerimento nº 107/18**

**C.I. nº 97/18 – DTL/SAJI**

**(Proc. Nº 2430/18)**

Em atenção ao solicitado na C.I. supracitada, segue informações com relação aos questionamentos do Nobre Vereador.

- 1- Pela falta de manutenção preventiva nos últimos anos, o pino central do elevador do subsolo do CEV sofreu sérias avarias e apresentou fissuras que poderiam colocar em risco seus usuários. Este fato foi constatado no mês de Outubro de 2017, quando da realização desta manutenção pela atual administração. Uma vez constatado o risco de acidente na utilização deste elevador, o mesmo foi desativado.
- 2- Informo que o problema mencionado não afeta diretamente o atendimento, visto que são atendidos no prédio do CEV, somente os familiares e/ou cuidadores dos usuários do programa. Os pacientes são atendidos pela equipe em suas residências.
- 3- No Centro de Especialidades a média de atendimento é de 247 pacientes dia.
- 4- Sim, já foi contratada a empresa que irá adequar as instalações do CEV para que o fabricante do Raio-X proceda as instalações.
- 5- As obras iniciaram em 26 de fevereiro do corrente ano.
- 6- Casos de pós- cirúrgico e atendimento ambulatorial os RX estão sendo realizados na UPA.
- 7- O aparelho de RX da UPA está funcionando normalmente.
- 8- São realizados em média 4.500 RX / mês.



## **PREFEITURA DE VALINHOS**

9- as informações da UPA para o CEV é realizada via sistema. Tivemos um problema de pontual com a internet mas já foi solucionado.

10- Os RX após realizado é lançado no sistema e onde o médico pode acessar e verificar, quando o profissional não tem acesso ao sistema é gravado em CD e o paciente leva até o médico no dia da consulta. Existe uam impressora que é utilizada na maior parte para impressão de exames de mamografia. O equipamento e alugado e a empresa é responsável pela manutenção.

11- A sala de impressão está sem ar condicionado, porém está sendo viabilizado a colocação.

Atenciosamente,



**Dr. Nilton Sergio Tordin**  
**Secretário da Saúde**