



PREFEITURA DE
VALINHOS

Ofício nº 1.069/2018-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 06 de junho de 2018.

Ref.: **Requerimento nº 984/18-CMV**
Vereador Edson Secafim
Processo administrativo nº 8.936/2018-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Edson Secafim**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminha a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

- 1)- Qual foi o destino dado ao aparelho de Raio X, que estava no Centro de Especialidades de Valinhos ?
- 2)- Caso tenha sido instalado, mencionar o local.
- 3)- Ciente que o equipamento era em tensão 380v, como foi realizada a instalação?

Resposta: Atendendo aos questionamentos do nobre Vereador, seguem em anexo, os esclarecimentos prestados pelo Secretário da Saúde do Município.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal
CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Nº PROTOCOLO
01459/2018

Data/Hora Protocolo: 08/06/2018 15:00

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 984/2018

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 984/2018 Informações sobre aparelho de Raio-X no Centro de Especialidades de Valinhos.

Anexo: 01 folha

À

Sua Excelência, o senhor

ISRAEL SCUPENARO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(GJ/gj)



C.I. nº 328/2018 – SS

Valinhos, 04 de junho de 2018.

Para: Departamento Técnico Legislativo

Da: Secretaria da Saúde

Ref.: Requerimento nº 984/18

C.I. nº 1037/18 – DTL/SAJI

(Proc. Nº 8.936/18)

Em atenção ao solicitado na C.I. supracitada, segue respostas aos questionamentos do Nobre Vereador.

- 1) O questionamento é dúbio e tem duas respostas: o antigo aparelho de RX que estava instalado no CEV foi devidamente desmontado, tendo sua ampola (radioativa) retirada por empresa especializada e dado seu destino final. O aparelho foi dado baixa em seu patrimônio e enviado ao almoxarifado. Quanto ao aparelho novo que estava aguardando a instalação nas dependências do CEV, o mesmo foi instalado e está em pleno funcionamento;
- 2) O novo aparelho está instalado no Centro de Especialidades, na avenida dos esportes;
- 3) Para instalação do novo aparelho de raio-x, cuja tensão era de 380v, houve a necessidade de substituição de cabeamento interno no CEV, bem como aquisição de transformador que atendesse a tensão do aparelho;

Atenciosamente,


Dr. Nilton Sergio Tordin
Secretário da Saúde