



PREFEITURA DE
VALINHOS

Ofício nº 1.068/2018-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 06 de junho de 2018.

Ref.: **Requerimento nº 969/18-CMV**
Vereadora Mônica Morandi
Processo administrativo nº 8.979/2018-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria da Vereadora **Mônica Morandi**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminha a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1- Atualmente quantas UBS's têm instalações de ar comprimido? Favor detalhar quais;

Qual a diferença de valor entre o oxigênio e o ar comprimido?

2- Há estudos para equipar todas as Unidades com encanamento de ar comprimido? Explane.

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pela Secretaria da Saúde, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelo nobre Edil requerente.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

Anexo: 01 folha.

À
Sua Excelência, o senhor
ISRAEL SCUPENARO
Presidente da Egrégia Câmara Munic

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS


Nº PROTOCOLO
01473/2018

Data/Hora Protocolo: 08/06/2018 15:11

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 969/2018

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 969/2018 Informações referentes à instalação de ar comprimido nas Unidades Básicas de Saúde.



PREFEITURA DE VALINHOS

C.I. nº 339/2018 – SS

Valinhos, 06 de junho de 2018.

Para: Departamento Técnico Legislativo

Da: Secretaria da Saúde

Ref.: Requerimento nº 969/18

C.I. nº 1080/18 – DTL/SAJI

(Proc. Nº 8.979/18)

Em atenção ao Requerimento nº 969/2018 de autoria da vereadora MONICA MORANDI, enviado junto a CI nº 1080/18-DTL/SAJI de 29 de Maio de 2018, vimos na ordem dos quesitos formulados, a saber:

- 1) Unidade de Saúde que possuem rede de ar comprimido: Paraíso; Pinheiros; Bom Retiro; Reforma Agrária; Imperial; São Marcos;
- 2) Cilindro de oxigênio R\$ 5,39 /m³; Ar comprimido utilizado dos compressores existente nas unidades;
- 3) Está em estudo por parte do Departamento de Assistência à Saúde a implantação de rede de ar comprimido nas unidades que ainda não possuem.

Era o que tínhamos a relatar.

Atenciosamente,


Dr. Nilton Sergio Tordin
Secretário da Saúde