



PREFEITURA DE **VALINHOS**

Ofício nº 890/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 22 de maio de 2019

Ref.: **Requerimento nº 1.170/19-CMV**
Vereador Rodrigo Toloi
Processo administrativo nº 9.483/2019-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Rodrigo Toloi**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

- 1 – Onde é feita a esterilização de materiais cirúrgicos e de uso dos postos de saúde?
- 2- Qual o custo para o município?
- 3 – Qual a média de espera desses materiais quando vão para a esterilização?

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pela Secretaria da Saúde, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelo nobre Edil requerente.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.


ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 01 folha.

À
Sua Excelência, a senhora
DALVA DIAS DA SILVA BERTO
Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(PMB/pmb)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

C.I. 380/2019 – D.A.S. / S.S.

Valinhos, 15 de maio de 2019

De: Departamento de Assistência à Saúde

Para: Secretário da Saúde

Ref.: Requerimento 1170/2019

C.I. 1126/19 – DTL / SAJI

Em resposta ao requerimento nº 1170/19 feito pelo vereador RODRIGO TOLOI, o departamento de Assistência à Saúde informa:

1. A esterilização dos materiais é realizada na própria UBS, através de calor úmido sob pressão (autoclave) entre 121°C e 135°C.
2. Não há custo para o município, tendo em vista que todas as UBS possuem equipamento (autoclave) para tal procedimento.
3. O tempo de exposição durante o procedimento é de acordo com o tipo de material a ser esterilizado (de 10 a 30 minutos).

Ressalto que após o procedimento, o material deve ser resfriado naturalmente antes do manuseio.

Helena T Honda Tanaka
Departamento de Assistência à Saúde
Diretora