



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

Ofício nº 1.598/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 10 de outubro de 2019

Ref.: **Requerimento nº 2.120/19-CMV**

Vereadores Israel Scupenaro e Kiko Beloni

Processo administrativo nº 19.578/2019-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria dos Vereadores **Israel Scupenaro e Kiko Beloni**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

Diante da grande demanda da UPA existem quantos aparelhos de eletrocardiogramas na unidade?

Que providências estão sendo tomadas para sanar este problema de defeitos constantes nos aparelhos?

Existe um controle específico para detectar e acompanhar os danos, as causas e frequência dos defeitos nos equipamentos instalados nesta unidade? Se sim, como funciona?

É realizada manutenção preventiva nos aparelhos?

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pela Secretaria da Saúde, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelo nobre Edil requerente.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 02 folhas.


A

Sua Excelência, a senhora

DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(PMB/pmb)



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

C.I. nº 593/2019 – SS

Valinhos, 08 de outubro de 2019.

Para: Departamento Técnico Legislativo

Da: Secretaria da Saúde

Ref.: Requerimento 2120/19

C.I. nº 2.005 /19 – DTL/GP

(Proc. Nº 19.578/19)

Em atenção ao solicitado na C.I. supracitada, segue anexa, a C.I. nº 1126/2019- DSAU/UPA/SS com as respostas ao questionamentos.

Atenciosamente,

Carina Missaglia
Secretária da Saúde



PREFEITURA DE VALINHOS

C.I. nº 1126/2019 – DSAU/UPA/SS

Ref.: C.I. nº 2.005/19 – DTL/GP

Requerimento nº 2120/2019

À Secretária da Saúde

O vereador Israel Scupenaro, no uso de suas atribuições legais, requer, respeitosamente, após apreciação e aprovação do Plenário, e conforme Regimento Interno Artigo 199, que seja encaminhado ao exmo. Senhor Prefeito Municipal o seguinte o seguinte pedido de informação:

Diante da grande demanda da UPA existem quantos aparelhos de eletrocardiogramas na unidade?

02 (dois) Aparelhos

Que providências estão sendo tomadas para sanar este problema de defeitos constantes nos aparelhos?

Está sendo realizado contratação de empresa de manutenção preventiva.

Existe um controle específico para detectar e acompanhar os danos, as causas e frequência dos defeitos dos equipamentos instalados nesta unidade? Se sim, como funciona?

No momento não existe.

É realizada manutenção preventiva nos aparelhos?

Estamos aguardando a finalização do Processo Licitatório.

Maria Inês T. Credidio
Maria Inês T. Credidio
Diretora DSAU – CEV
03/10/2109

José Carlos Fustiononi
Chefe do Gabinete do Secretário
Secretaria da Saúde