



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

Ofício nº 1239/2020-DTL/GP/P

Valinhos, em 08 de setembro de 2020.

Ref.: **Requerimento nº 1474/20-CMV**
Vereadora Mônica Morandi
Processo administrativo nº 13.343/2020-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria da Vereadora **Mônica Morandi**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

- 1- Já houve a entrega do equipamento?
- 2- A sala está devidamente preparada para receber o equipamento?
- 3- Por que o equipamento ainda não foi instalado? Explane.
- 4- Qual a previsão de instalação e início da realização dos exames?
- 5- Qual a capacidade diária de exames do equipamento?
- 6- Qual a média da demanda diária?
- 7- Atualmente, onde estão sendo realizados os exames de raio-x?

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pela *Secretaria da Saúde*, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pela nobre Edil requerente.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteados respeito.


ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 03 folhas.

A

Sua Excelência, a senhora

DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(PMB/pmb)



PREFEITURA DE VALINHOS

C.I. nº 550/2020 – SS

Valinhos, 03 de setembro de 2020.

Para: Departamento Técnico Legislativo

Da: Secretaria da Saúde

Ref.: Requerimento nº 1474/2020

C.I. nº 1532/2020 – DTL/GP

(Proc. Nº 13.343/2020)

Em atenção ao solicitado na C.I. supracitada, segue anexa,
a CI nº 327/2020 – DSAU/SS com a resposta ao questionamento.

Atenciosamente,

Luiz Carlos Fustinoni
Secretário da Saúde



C.I. nº327/2020 – DSAU

Valinhos, 03 de setembro de 2020

Ref: CI nº 1532/2020 - DTL /GP

Requerimento 1474/2020

À Secretaria da Saúde

Em atendimento ao Requerimento nº1474/2020 de autoria da vereadora Monica Morandi, temos a informar que:

1) Já houve a entrega do equipamento?

Resposta: Sim.

2) A sala está devidamente preparada para receber o equipamento?

Resposta: A sala está sendo preparada com todas as adequações necessárias.

3) Por que o equipamento ainda não foi instalado? Explane

Resposta: Porque as adequações da sala ainda não estão prontas.

4) Qual a previsão de instalação e início da realização dos exames?

Resposta: Previsão de 30 (trinta) dias.

5) Qual a capacidade diária de exames do equipamento?

Resposta: O Equipamento tem condições de realizar 80 exames/dia.

6) Qual a média de demanda diária?

Resposta: Em média 25 (vinte e cinco) exames/dia.



PREFEITURA DE VALINHOS

7) Atualmente, onde estão sendo realizados os exames de raio-x?


Resposta: Os exames estão sendo realizados conforme segue:

- De segunda a sexta das 7h às 19h, estão sendo encaminhados para a Santa Casa a realização de exames de casos suspeitos de COVID e para o CEV os demais casos.

Durante a semana, das 19h às 7h e aos finais de semana (24h) todos os casos são encaminhados ao CEV.

Era o que tínhamos a informar.

Atenciosamente,


Maria Inês Travaglini Credidio

Diretora do Departamento de Suporte ao Atendimento ao Usuário

