



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

OF. Nº 1947/2021-DTL/SAJ/P

Valinhos, em 10 de dezembro de 2021.

Referente: Resposta ao Requerimento nº 1981/21-CMV

Vereadora Mônica Morandi

Processo administrativo nº 19999/2021-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, seguem anexadas, as informações disponibilizadas pelas áreas competentes da Municipalidade, solicitando sejam encaminhadas à autora da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



LUCIMARA GODOY VILAS BOAS

Prefeita Municipal

Anexo: 2 folhas.

Ao

Excelentíssimo Senhor,

FRANKLIN DUARTE DE LIMA

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

PMB/pmb



PREFEITURA DE VALINHOS

C.I. nº 890/2021 – SS

Valinhos, 09 de dezembro de 2021.

Para: Departamento Técnico Legislativo/SAJI
Da: Secretaria da Saúde
Ref.: Requerimento nº 1981/2021
C.I. nº 2372/2021 – DTL/SAJI
(Processo nº 19.999/2021)

Em atendimento ao Requerimento nº 1981/2021 de autoria da vereadora Monica Morandi, encaminho anexa C.I. nº 786/2021-DAS/SS com as respostas aos questionamentos.

Era o que tínhamos a informar.

Atenciosamente,

Carina Missaglia
Secretária da Saúde



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

C.I. 786/2021 – D.A.S. / S.S.

Valinhos, 09 de dezembro de 2021

De: Departamento de Assistência à Saúde
Para: Secretaria da Saúde
Ref.: Requerimento 1981/2021

Em resposta ao requerimento acima, de autoria da vereadora Mônica Morandi, o Departamento de Assistência à Saúde informa:

- 1- Por qual motivo a UBS em questão não conta com monitor para o desfibrilador? Explane.
- 2- Todas as Unidades Básicas de Saúde possuem desfibrilador?
- 3- Caso negativa, favor discriminar quais ainda não possuem o equipamento e motivo.
- 4- Das unidades que dispõem do equipamento de desfibrilação, mais alguma não tem monitor? Quais? Por quê?
- 5- Quais profissionais de saúde estão habilitados e treinados para manuseio do equipamento?

Informamos que o desfibrilador tem dispositivo de impressão de laudo de choque pós choque, só pode ser utilizado por médico e não temos esse profissional nas UBS por todo o período de funcionamento, sendo assim, qualquer emergência, são prestados os primeiros atendimentos e acionado o serviço de 192.

Amanda Peterlini Soares da Silva
Enfermeira COREN 120948
Respondendo pelo Depto. de Assistência à Saúde