



Resposta ao Requerimento nº 1903/2022

Autoria: MÔNICA MORANDI

Assunto: *Informações acerca de equipamentos para atendimento odontológico na rede pública.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 31 de outubro de 2022.

LUCIMARA GODOY VILAS BOAS

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

FRANKLIN DUARTE DE LIMA

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



PREFEITURA DE VALINHOS

C.I. n° 560/2022 – SS

Valinhos, 26 de outubro de 2022.

Para: Departamento de Assuntos Institucionais/Secretaria de Governo

Da: Secretaria da Saúde

Ref.: Requerimento n° 1903/2022


C.I. n° 1311/2022 – DAI/SG

(Processo n° 24263/2022)

Em atendimento ao Requerimento n° 1903/2022 de autoria da vereadora Mônica Morandi, segue informações prestadas pelo Departamento de Odontologia.

Era o que tínhamos a informar.

Atenciosamente,


Marcelo Cosentini
Secretário da Saúde
em exercício



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA SAÚDE**

C.I. nº 172 / 2022 – D.O./S.S.

Valinhos, 24 de outubro de 2022.

Para: Secretaria da Saúde

De: Departamento de Odontologia

Ref.: Resposta ao Requerimento nº 1903 / 2022 (Processo administrativo nº 24263/2022) de Aatoria da Vereadora Mônica Morandi.

1. – Confirma-se a informação de que a autoclave da UBS Parque Portugal esteja quebrada?

Sim, a autoclave da UBS Parque Portugal estava quebrada, mas o problema já foi resolvido.

2. – Na afirmativa, desde quando?

Foi substituída dia 10/10/2022.

3. – Como têm sido feitos os atendimentos?

Os atendimentos foram realizados normalmente.

4. – Quando será consertado ou substituído?

A autoclave foi substituída dia 10/10/2022.

5. – Existem outras Unidades de Pronto Atendimento com problemas em equipamentos odontológicos?

Sim.




**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA SAÚDE**

6. – Na afirmativa, favor encaminhar planilha discriminando qual a UBS, qual equipamento, tempo sem uso e previsão para a solução.

Algumas UBS estão com equipamento quebrado, mas todas serão consertadas pois foi homologado a licitação com a equipe técnica de manutenção, e já estão consertando os equipamentos desde 24/10/2022.

Atenciosamente,



**Márcio Soldá
Diretor do Departamento
de Odontologia**

IN LIBERTATE LABOR