



PREFEITURA DE  
**VALINHOS**

Ofício nº 1.129/2017-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 04 de julho de 2017.

Ref.: **Requerimento nº 962/2017-CMV**  
**Vereadora Mônica Morandi**  
**Processo administrativo nº 10.870/2017-PMV**

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria da Vereadora **Mônica Morandi**, consultadas as áreas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

Existem equipamentos quebrados na Secretaria de Saúde?  
Se sim, quais são esses equipamentos e qual o local de uso?  
Na ausência do equipamento, qual o procedimento tomado pela municipalidade para atender a necessidade do cidadão?  
Em caso de reparo, qual o prazo para ficarem prontos?  
Em caso de necessidade de troca, qual a previsão para a aquisição de novo equipamento?

**Resposta:** Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pela área técnica da Secretaria da Saúde, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelo nobre Edil, ressaltando que a atual Administração Municipal está enfrentando os diversos desafios com seriedade, rapidez e criatividade.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

**ORESTES PREVITALE JÚNIOR**  
Prefeito Municipal

Anexo: 01 folha.

À  
Sua Excelência, o senhor  
**ISRAEL SCUPERNARO**  
Presidente da Egrégia Câmara Mu

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS


Nº PROTOCOLO  
**01585/2017**

Data/Hora Protocolo: 04/07/2017 16:39

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 962/2017

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Informações sobre a falta de equipamentos na Secretaria Municipal de Saúde.





C.I. nº 161/2017 – DGI/SS

Valinhos, 23 de junho de 2017.

PARA: SECRETARIA DA SAÚDE

DE: Departamento de Gerenciamento Interno/SS

REF.: Resposta Requerimento

Em atendimento a CI nº 1174/17-DTL/SAJ, de 20 de junho de 2017, que portá o requerimento nº 962/2017 de 07 de junho de 2017, de autoria do vereador Monica Morandi, vimos informar o que segue, na ordem das perguntas feitas, a saber:

- 1) Sim, existem equipamentos quebrados na Secretária da Saúde.
- 2) Atualmente o aparelho de colonoscopia instalado no CEV e o aparelho de Raio-X do CEV estão avariados.
- 3) Os casos urgentes de Raio-X estão sendo solicitados na UPA 24 horas e os exames de colonoscopia estão suspensos temporariamente.
- 4) O aparelho de Raio-X adquirido em 2016 está sendo instalado nas dependências do CEV, restando apenas a adequação do espaço que deverá estar executado nos próximos vinte dias. Quanto ao aparelho de colonoscopia, está sendo realizada uma licitação para locação deste aparelho, com previsão de encerramento de obras nos próximos quarenta dias.

Atenciosamente.

  
**Jorge Luiz De Lucca**  
Departamento Gerenciamento Interno  
Diretor