




CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V.
Proc. Nº 1586/19
Fls. 01
Resp. 

REQUERIMENTO N.º 619 /2019

Informações sobre exames médicos na rede pública.

Senhora Presidente,

Considerando exames oftalmológicos realizados pela Secretaria de Saúde e em consultório particular apresentado por munícipe e a divergência de diagnóstico entre os mesmos, conforme Anexo.

O **Vereador André Leal Amaral - PSDB** requer, nos termos regimentais após a aprovação em plenário, que seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, o seguinte pedido de informações:

Existe a possibilidade dos aparelhos utilizados pela Secretaria de Saúde estarem descalibrados?


Como é feita a manutenção dos equipamentos? Em que periodicidade os equipamentos são recalibrados?


Quantos atendimentos por Oftalmologistas são realizados por semana no município? Qual o tamanho estimado da fila de espera? O que a Prefeitura pretende fazer para realizar a diminuição da fila?


Justificativa

Este Vereador faz o presente requerimento a pedido de munícipes e no cumprimento de sua função fiscalizatória.

Valinhos, 18 de março de 2019.


André Leal Amaral
Vereador - PSDB


18/03/2019



C.M.V. Proc. Nº 1586/19
Fls. 02
Resp. *[Signature]*

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXOS



Para Longe	Olho Direito	estênico	<u>+2,50</u>	cl.	—	eixo	—
	Olho Esquerdo	estênico	<u>+2,75</u>	cl.	<u>-0,50</u>	eixo	<u>160°</u>
D.P. _____ mm							
Para Perto	Olho Direito	estênico	<u>+2,50</u>	cl.	—	eixo	—
	Olho Esquerdo	estênico	<u>+2,50</u>	cl.	—	eixo	—
D.P. _____ mm							

[Signature]

14/11/18

[Signature]
Dr. Gustavo Yamamoto
Médico
CRM - SP 140356



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M.V.
Proc. Nº 1586/19
Fls. 03
Resp. _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA SAÚDE


NÚMERO DA MATRÍCULA _____

NOME DO PACIENTE Dr. Maria de Fátima M. de Souza

		ESFÉRICO	CILÍNDRICO	EIXO	D. P.
Para Longe	O. D.	+3.50	-0.50	160	mm
	O. E.	+3.0	-0.50	25	
Para Perto	O. D.	+6.50	-0.50	160	mm
	O. E.	+6.0	-0.50	25	

Os pontos de entrada da luz paralela tem que ser a mesma para os olhos

DIREÇÃO DO EIXO



981/118
Profissional Responsável - CRM

MOD. 201/SS