



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

Ofício nº 121/2020-DTL/GP/P

Valinhos, em 17 de fevereiro de 2020

Ref.: **Requerimento nº 178/20-CMV**

Vereador Luiz Mayr Neto

Processo administrativo nº 2.491/2020-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Luiz Mayr Neto**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Qual o motivo de seu não funcionamento atual?
2. Já foi programado o conserto? Para quando? Será necessária licitação específica ou já existe contrato de prestação de serviços em vigor? Em caso positivo, enviar cópia.

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pela Secretaria da Saúde, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelo nobre Edil requerente.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.


ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 01 folha.

A
Sua Excelência, a senhora
DALVA DIAS DA SILVA BERTO
Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(PMB/pmb)

CÂMARA MUNICIPAL VALINHOS PROTOCOLO 19/02/2020 09:26 00000000266



PREFEITURA DE VALINHOS

C.I. nº 66/2020 – SS

Valinhos, 11 de fevereiro de 2020.

Para: Departamento Técnico Legislativo
Da: Secretaria da Saúde
Ref.: Requerimento nº 178/2020
C.I. nº 135/2020 – DTL/GP
(Processo nº 2.491/20)

Em atendimento ao Requerimento nº 178/2020 de autoria do vereador Luiz Mayr Neto, temos a informar que:

1. Qual o motivo de seu não funcionamento atual?

O equipamento está avariado em seu pistão, peça vital para funcionamento do mesmo. Os custos para manutenção deste pistão tem valores altíssimos e a empresa não oferece garantia, já que o aparelho está obsoleto.

2. Já foi programado o conserto? Para quando? Será necessária licitação específica ou já existe contrato de prestação de serviços em vigor? Em caso positivo, enviar cópia.

Não foi programado o seu conserto e não existe contrato específico. Houve mudança de logística de atendimento com a abertura do portão localizado na Av. 11 de Agosto para atendimento dos consultórios localizados no subsolo e a entrada normal para atendimento do piso térreo.

Era o que tínhamos a informar.

Atenciosamente,

Jorge Luiz de Lucca
Depto. Técnico Administrativo
Diretor

Carina Missaglia
Secretária da Saúde

Luiz Carlos Justinoni
Chefe do Gabinete do Secretário
Secretaria da Saúde