



PREFEITURA DE
VALINHOS

OF. Nº 873/2021-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 10 de junho de 2021.


Referente: Resposta ao Requerimento nº 954/21-CMV
Vereadora Simone Bellini
Processo administrativo nº 7350/2021-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, seguem anexadas, as informações disponibilizadas pelas áreas competentes da Municipalidade, solicitando sejam encaminhadas à autora da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


LUCIMARA GODOY VILAS BOAS
Prefeita Municipal

Anexo: 02 folhas.


Ao

Excelentíssimo Senhor,

FRANKLIN DUARTE DE LIMA

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

PMB/pmb



PREFEITURA DE VALINHOS

C.I. n° 501/2021 – SS

Valinhos, 07 de junho de 2021.


Para: Departamento Técnico Legislativo/SAJI
Da: Secretaria da Saúde
Ref.: Requerimento n° 954/2021
C.I. n° 1110/2021 – DTL/SAJI
(Processo n° 7.350/2021)

Em atendimento ao Requerimento n° 954/2021 de autoria da vereadora Simone Bellini, encaminhamos anexas informações prestadas pelo Agente Administrativo – Marcos Cesar Sampaio do Departamento Técnico Administrativo.

Era o que tínhamos a informar.

Atenciosamente,

Carina Missaglia
Secretária da Saúde


Betania Gomes de Souza
Diretora Departamento Administrativo
Respondendo pelo Dépto. Técnico Administrativo

Ao

Depto. Técnico-Legislativo/SAJ

Em resposta ao **Requerimento 954/2021** de autoria da Vereadora SIMONE BELLINI, sobre equipamento adquirido pela municipalidade, através do processo de Compras nº 1962/2006:

Tal Processo tem como Objeto, aquisição de um aparelho de Ultrassonografia com Doppler colorido da marca GE, esse equipamento em questão sofreu queima em seu segundo ano de uso por oscilação de energia na rede elétrica do antigo CAUE (Centro de Atendimento e Urgências e Emergências), localizado à Av. dos Esportes, 335 – Valinhos. Na ocasião foi tentada a manutenção do equipamento, porém, sem êxito, devido a dificuldade de encontrar peças no mercado, por se tratar de equipamento importado e descontinuado a fabricação.

Esclarecemos ainda, que o equipamento foi recolhido pela Secretaria de Patrimônio a cerca 02 anos.

Não temos mais informações acerca desse equipamento, pois sua compra ocorreu antes da informatização do Sistema de Compras, à 15 anos, e os registros físicos não se encontra mais junto a Secretaria da Saúde, que conforme Tabela **de Temporalidade as Requisições de Compras e Serviços devem ficar guardadas no prazo de "05 anos após ano de Exercício"**.

Sugerimos, s.m.j., consultar a Secretaria de Patrimônio para obtenção de maiores informações.

Valinhos, 09 de junho de 2021.



Marcos César Sampaio

Agente Adm. Supervisão de Serviços de Saúde

Secretaria da Saúde / D.T.A