



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 1.019/2015-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 08 de setembro de 2015.

Ref.: **Requerimento nº 1.194/2015-CMV**

Vereador João Moysés Abujadi

Processo administrativo nº 15.307/2015-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador João Moysés Abujadi, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. A informação de que o inalador da UBS do Jardim Pinheiros está quebrado procede?
2. Em caso positivo, há quanto tempo o inalador está quebrado? E quando será consertado?
3. Quantos inaladores a referida UBS possui?

Resposta: Consoante as informações disponibilizadas pela área técnica da Secretaria da Saúde, a referida Unidade Básica de Saúde passou por ações de ampliação e melhorias no mês de março do exercício corrente, sendo necessário, na ocasião, realizar o desligamento do sistema de ar comprimido do prédio, utilizado para realização de inalações.

Entretanto, ressalta a referida Pasta que a UBS supracitada possui cilindro de oxigênio (O₂) para realização de inalação em pacientes que obtiverem prescrição médica e que está providenciando o religamento desse sistema o mais breve possível.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

CLAYTON ROBERTO MACHADO
Prefeito Municipal

A

Sua Excelência, o senhor

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de

Valinhos

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Data/Hora Protocolo: 09/09/2015 08:43

Resposta nº 1 ao Requerimento nº 1194/2015

Autoria: CLAYTON ROBERTO MACHADO

Assunto: Informações sobre inalador quebrado na UBS do Jardim Pinheiros.

Nº PROTOCOLO
01422/2015